

Opis przedmiotu zamówienia

Basen szpitalny

Basen sanitarny pozwalający na załatwianie potrzeb fizjologicznych w pozycji leżącej lub półsiedzącej, przeznaczony do użytku w placówkach służby zdrowia oraz do użytku domowego, z zamknięciem, o pojemności 3000 ml. Wykonany z tworzywa sztucznego (plastiku) pozwalającego na mycie powszechnie dostępnymi środkami czyszczącymi. Wyrób można sterylizować w atmosferze suchego powietrza do temp. 130 °C oraz autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temp. 126 °C.

Inne wymagania (dla wszystkich towarów):

1. Opakowanie bezpośrednio wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta,
2. Opakowanie zbiorcze wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta,
3. Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do magazynu RARS,
4. Towar musi spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.poz.974) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 201/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2022 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, posiada deklaracje zgodności aktualną na dzień dostawy towaru / oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu (wymaganie preferowane).
5. Towar musi zostać dostarczony na nowych europaletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 2 metrów.